Boule Cal

CAL

IVD

	Lot	
Calibrator	22610-34	2027-01-11

Open vial stability 5 days [1]

Medonic

Parameter[2]	RBC 10^{12}/L	MCV fL	Plt 10^{9}/L	MPV fL	WBC 10^{9}/L	Hgb g/dL
Medonic M-series / M32	4.11	78.4	223	11.8	8.4	11.6
Range ± [3]	0.10	2.0	15	1.5	0.3	0.2

Swelab

Parameter[2]	RBC 10^{12}/L	MCV fL	Plt 10^{9}/L	MPV fL	WBC 10^{9}/L	Hgb g/dL
Swelab Alfa / Alfa Plus	4.11	79.3	228	12.4	8.4	11.6
Range ± [3]	0.10	2.0	15	1.5	0.3	0.2

	1		**2**	**3**
bg	Трайност на отворен флакон	5 дни	Параметър	Обхват
hr	Stabilnost otvorene bočice	5 dani	Parametar	Raspon
cs	Stabilita otevřené ampulky	5 dny	Parametr	Rozsah
da	Åben rør stabilitet	5 dage	Parameter	Område
et	Stabiilsus avatud viaalis	5 päevade arv	Parameeter	Vahemik
fr	Stabilité en flacon ouvert	5 jour	Paramètre	Intervalle
de	Stabilität geöffneter Flaschen	5 tage	Parameter	Bereich
el	Διατήρηση δείγματος μετά την αποσφράγιση	5 ημέρα	Παράμετρος	Αναμενόμενο εύρος α
it	Stabilità della fiala aperta	5 giorni	Parametro	Intervallo
lv	Atvērt flakonu stabilitāti	5 dienas	Parametrs	Diapazons
lt	Stabilumas atidarius buteliuką	5 d.	Parametras	Intervalas
no	Åpen rør/glass stabilitet	5 dager	Parameter	Område
pl	Trwałość po otworzeniu fiolki	5 Liczba dni	Kryterium	Zakres
pt	Estabilidade após abertura do frasco	5 dias	Parâmetro	Intervalo
ro	Termenul de valabilitate al fiolei desfăcute	5 zile	Parametru	Interval
ru	Стабильность вскрытого флакона	5 дней	Параметр	диапазон
sr	Proizvod stabilan nakon otvaranja pakovanja	5 dana	Parametar	Opseg
sk	Stabilita otvorenej injekčnej liekovky	5 dní	Parameter	Rozsah
sl	Stabilnost odprte stekleničke	5 dni	Parameter	Območje
es	Estabilidad de la cápsula abierta	5 dias	Parámetro	Intervalo
sv	Hållbarhet för öppnad flaska	5 dagar	Parameter	Intervall
tr	Açık şişe stabilitesi	5 gün	Parametre	Aralığı

www.boule.com

Boule Medical AB
Fagerstagatan 7
SE-163 53 Spånga,
Sweden

25123-7

For Medonic M-series / M32 with barcode reader

M-Series:
1. In the Main Menu go to “Q/C Menu” “*Enter Con/Cal” “ Control/Calibrator Assay Value Input”*
2. Scan in each blood calibrator/control column by column, sequence 1 to 9

M32:
1. In the Main Menu go to “Quality Control” “Input Assays”
2. Scan in each blood calibrator / control column by column, sequence 1 to 9

Instr.: M-series
Lot: 22610-34
Prod.: Cal
ID: 2261034+
Exp.: 11-Jan-2027

1: BoulCBAV2

2: 2261034+

3: 27011100014153030000

4: 10004029500000000000

5: 41110784201160299904

6: 22315118159990799908

7: 08403999109991199912

8: 99913999149991599916

9: 11110529974654765265

3.

For Swelab Alfa / Alfa Plus with barcode reader

Alfa:
1. In the Main Menu go to “Q/C Menu” “*Enter Con/Cal” “ Control/Calibrator Assay Value Input”*
2. Scan in each blood calibrator/control column by column, sequence 1 to 9

Alfa Plus:
1. In the Main Menu go to “Quality Control” “Input Assays”
2. Scan in each blood calibrator / control column by column, sequence 1 to 9

Instr.: Swelab Alfa
Lot: 22610-34
Prod.: Cal
ID: 2261034+
Exp.: 11-Jan-2027

1: BoulevCBAV3

2: 2261034+

3: 27011100014153030000

4: 20014018000000000000

5: 41110793201160299904

6: 22815124159990799908

7: 08403999109991199912

8: 99913999149991599916

9: 11116050271199408146